

POUR INFORMATION

Utilisation de sacs de sang Fenwal dans l'établissement de collecte de Toronto

Lettre aux clients n° 2010-06

Le 23 février 2010

Madame, Monsieur,

Dès le **12 avril**, tous les dons de sang total faits dans l'établissement de collecte de Toronto seront recueillis dans des sacs fabriqués par la société Fenwal. Ces sacs étant déjà employés dans d'autres régions du pays, vous en avez probablement déjà reçus. Le contenu et l'étiquetage des produits, ainsi que la méthode de perforation des sacs (mouvements de rotation d'un quart de tour) ne changent pas.

La Société canadienne du sang s'approvisionne en sacs de sang auprès de deux fabricants, MacoPharma et Fenwal (anciennement Baxter), afin de se protéger contre d'éventuelles interruptions de livraison. À compter du 12 avril, les hôpitaux peuvent s'attendre à recevoir un plus grand nombre de produits conditionnés dans les sacs Fenwal. Les principales différences entre les sacs des deux fabricants sont les suivantes :

- Le sac de globules rouges de Fenwal est environ 3 cm plus court que celui de MacoPharma.
- Le sac de plasma de Fenwal est environ 5 cm plus court que celui de MacoPharma.
- L'accès aux points d'entrée diffère également : le sac de MacoPharma comporte des languettes détachables, identifiées par des flèches, tandis que le sac de Fenwal est muni de protecteurs rabattables. Pour bien reconnaître ces différences, le personnel concerné est invité à se reporter à la documentation distribuée précédemment. Des renseignements à ce sujet peuvent également être consultés sur notre site médical, www.transfusionmedicine.ca/fr, dans la rubrique Articles, sous le titre « Méthode de production des composants par extraction de la couche leucoplaquettaire ».

Les sacs de plaquettes mélangées (CPD) partiellement déleucocytées ne changeront pas. Les nouveaux sacs de concentrés érythrocytaires et de plasma n'auront en outre aucune incidence sur les codes de produits de la base de données de votre laboratoire, étant donné que nous continuerons d'utiliser le même anticoagulant et agent de conservation.

Cette lettre est également consultable sur le site de la Société canadienne du sang (www.sang.ca) dans la rubrique Hôpitaux, sous l'onglet Lettres aux clients. Pour toute précision, veuillez contacter la chef de production de l'établissement de Toronto au 416-313-4546.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le chef de l'exploitation,



Ian Mumford